

# ヒューマトローペン® 6mg、12mgをご使用の患者さんへ

2017年2月


## 「ヒューマトローペン® 6mg、12mg」の交換時期について

ヒューマトローペン® 6mg、12mgの保証期間はご使用開始から3年間と設定されています。ご使用開始から3年が経過したヒューマトローペン® 6mg、12mgをお持ちの場合は主治医にご相談の上、新しいペンに交換してください。  
(現在お使いのヒューマトローペン® 6mg、12mgのご使用開始時期が不明な場合は下記の「製造番号(ロット番号)」と「保証期間満了年月の目安」からご確認ください)

### 製造番号(ロット番号)確認方法

ペンのダイヤルを回すと表示が現れます

※写真はヒューマトローペン® 12mgですが  
6mgでも同じ箇所に表示されています



### 製造番号(ロット番号)・使用開始年月・保証期間満了年月対照表

#### ヒューマトローペン® 6mg

製造番号 (ロット番号)	使用開始年月の 目安	保証期間 満了年月の目安
1009J01A	2011年1月	2013年12月
1012J01A	2011年7月	2014年6月
1107J02A	2012年3月	2015年2月
1111J03A	2012年9月	2015年8月
1208J04A	2014年2月	2017年1月
1305J11A	2014年11月	2017年10月
1404J02A	2015年11月	2018年10月
1509J02A	2015年11月	2018年10月

#### ヒューマトローペン® 12mg

製造番号 (ロット番号)	使用開始年月の 目安	保証期間 満了年月の目安
1007K01A	2010年9月	2013年8月
1007K02A	2011年2月	2014年1月
1012K01A	2011年5月	2014年4月
1104K01A	2011年11月	2014年10月
1107K03A	2012年2月	2015年1月
1111K02A	2012年8月	2015年7月
1206K02A	2013年2月	2016年1月
1209K01A	2013年4月	2016年3月
1305K12A	2014年1月	2016年12月
1307K12A	2014年3月	2017年2月
1310K12A	2014年10月	2017年9月
1404K05A	2015年11月	2018年10月

新しいヒューマトローペン® 6mg、12mgのご使用を開始される際には、包装箱に同封された「保証登録カード」を弊社宛に郵送してください。  
保証期間満了が近付きましたらお知らせをお届けします。

Lilly Answers リリアンサーズ [www.lillyanswers.jp](http://www.lillyanswers.jp) 日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

一般の方・患者様向け

**0120-245-970** ※1 **078-242-3499** ※2

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

※2 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。

※3 祝祭日及び当社休日を除きます。

製造販売元<資料請求先>

日本イーライリリー株式会社

〒651-0086 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号

[www.lillyanswers.jp](http://www.lillyanswers.jp)

最新の製品情報や製薬についてよくある質問を  
こちらからご覧いただくことが出来ます

(当社製品に関するお問合せ)

●受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30 ※3

(当社注入器に関するお問合せ)

●受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00

●上記時間外は音声ガイダンスにて対応しています

HMT-N016(R2)

2017年2月作成

Lilly